

## Specifiche

		323	324	325
<b>Corrente CA</b>	Gamma	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Precisione	2% ±5 digit (da 45 a 65 Hz) 2,5% ±5 digit (da 65 a 400 Hz)	1,5% ±5 digit (da 45 a 400 Hz) Aggiungere il 2% per la sensibilità posizione	2% ±5 digit (da 45 a 65 Hz) 2,5% ±5 digit (da 65 a 400 Hz)
<b>Corrente CC</b>	Gamma	—	—	40,00 A/400,0 A
	Precisione	—	—	2% ± 5 digit
<b>Tensione CA</b>	Gamma	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisione	1,5% ± 5 digit	1,5% ± 5 digit	1,5% ± 5 digit
<b>Tensione CC</b>	Gamma	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisione	1,0 % ± 5 digit	1,0 % ± 5 digit	1,0 % ± 5 digit
<b>Resistenza</b>	Gamma	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω, 4000 Ω, 40,00 Ω
	Precisione	1% ± 5 digit	1% ± 5 digit	1% ± 5 digit
<b>Continuità</b>		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
<b>Capacità</b>		—	da 100,0 µF a 1000 µF	da 100,0 µF a 1000 µF
<b>Frequenza</b>		—	—	Da 5,0 Hz a 500,0 Hz
<b>Risposta CA</b>		Vero valore RMS	Vero valore RMS	Vero valore RMS
<b>Retroilluminazione</b>		—	Sì	Sì
<b>Mantenimento dati</b>		Sì	Sì	Sì
<b>Temperatura di contatto</b>		—	Da -10,0 °C a + 400,0 °C (da 14,0 °F a 752,0 °F)	Da -10,0 °C a + 400,0 °C (da 14,0 °F a 752,0 °F)
<b>Min/Max</b>		—	—	Sì
<b>Dimensioni</b>	A x L x P (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Diametro massimo filo	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Peso	265 g	208 g	283 g
<b>Classe di sicurezza</b>		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
<b>Garanzia</b>		Due anni	Due anni	Due anni

### Informazioni per l'ordine

Multimetro a pinza a vero valore RMS mod. 323  
 Multimetro a pinza a vero valore RMS mod. 324  
 Multimetro a pinza a vero valore RMS mod. 325

### In dotazione con tutti i modelli

Multimetro a pinza, puntali, borsa morbida, manuale d'uso.

**Fluke.** Gli strumenti più attendibili nel Mondo.

**Fluke Italia S.r.l.**  
 Viale Lombardia 218  
 20861 Brugherio (MB)  
 Tel: (39) 02 3600 2000  
 Fax: (39) 02 3600 2001  
 E-mail: fluke.it.cs@fluke.com  
 Web: www.fluke.it

©2012 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
 Stampato nei Paesi Bassi.  
 Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
 5/2012 Pub\_ID: 11932-ita

**Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.**